

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้

๑. ความต้องการ

- ๑.๑ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันสำหรับการใช้งานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสถานที่ต่างๆ เช่น บนรถพยาบาล ภายในโรงพยาบาล หรือการใช้งานในห้องผู้ป่วย เป็นต้น
- ๑.๒ เครื่องช่วยหายใจสามารถใช้งานโดยการควบคุมปริมาตร (Tidal Volume) ได้ไม่น้อยกว่า ช่วง ๕๐ - ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร
- ๑.๓ เครื่องช่วยหายใจสามารถใช้งานโดยการควบคุมแรงดัน (Airway Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า ช่วง -๒๐ - ๑๐๐ cmH₂O
- ๑.๔ มีโหมดการทำงานเพื่อใช้งานสำหรับการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy)
- ๑.๕ มีชุดวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (EtCO₂) มาพร้อมกับเครื่อง

๒. คุณสมบัติทั่วไป

- ๒.๑ มีโหมดการทำงาน ดังนี้
 - ๒.๑.๑ IPPV
 - ๒.๑.๒ A/C
 - ๒.๑.๓ V-SIMV
 - ๒.๑.๔ PCV
 - ๒.๑.๕ P-A/C
 - ๒.๑.๖ P-SIMV
 - ๒.๑.๗ CPAP
 - ๒.๑.๘ HFNC
- ๒.๒ มีโหมดสำหรับการฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary Resuscitation) ตามแนวทางปฏิบัติของ AHA Guidelines
- ๒.๓ มีฟังก์ชันการใช้งานอื่นๆ ดังนี้
 - ๒.๓.๑ Manual
 - ๒.๓.๒ CPR
 - ๒.๓.๓ EtCO₂
- ๒.๔ ระดับการให้ออกซิเจน (FIO₂) ไม่น้อยกว่าช่วง ๕๐ - ๑๐๐%
- ๒.๕ จอยาพชนิดสีระบบสัมผัส ออกแบบพังก์ชันให้สามารถใช้งานได้ง่าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว
- ๒.๖ ตัวเครื่องมีช่องสำหรับต่อเชื่อมอุปกรณ์ภายนอกชนิด mini USB สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง

.....
.....
.....
.....
.....
.....

↑ ประ ранกรรมการ
~~~~ กรรมการ  
.....  
.....  
.....  
.....

- ๒.๗ มีแบบเตอร์ภายในเครื่องสามารถใช้งานได้นานไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง  
๒.๘ เครื่องมีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบาไม่เกินกว่า ๓.๕ กิโลกรัม

### ๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑ รูปแบบการควบคุมการทำงาน (Control Parameters) มีดังนี้

- ๓.๑.๑ อัตราการหายใจ (Respiratory Rate) ไม่น้อยกว่าช่วง ๐.๑ - ๑๒๐ ลิตรต่อนาที  
๓.๑.๒ อัตราส่วน (I:E Ratio) ไม่น้อยกว่าช่วง ๙:๑ - ๑:๙  
๓.๑.๓ รูปแบบการทำงานโดยการควบคุมปริมาตร มีระดับไม่น้อยกว่า ๕๐ - ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร  
๓.๑.๔ ระดับความเข้มข้นในการให้ออกซิเจน (Oxygen Concentration) ไม่น้อยกว่าช่วง ๔๐ - ๑๐๐%  
๓.๑.๕ ระดับแรงดันสำหรับแรงดูด (Suction Pressure) ไม่น้อยกว่าช่วง ๕ - ๖๐ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๑.๖ การควบคุมระดับแรงดันสำหรับการหายใจ (Airway Limiting Pressure) ที่ระดับไม่น้อยกว่าช่วง ๑๕ - ๗๐ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๑.๗ การควบคุมระดับการปล่อยแรงดัน (Trigger Pressure) ที่ระดับไม่น้อยกว่าช่วง -๒๐ - ๒๐ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๑.๘ การควบคุมการใช้งานในโหมด CPAP/PEEP ที่ระดับไม่น้อยกว่าช่วง ๐ - ๓๐ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๑.๙ การควบคุมแรงดันสำหรับการหายใจ (Pressure Support) ที่ระดับไม่น้อยกว่า ๐.๓ - ๓๕ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๑.๑๐ สามารถควบคุมอัตราส่วนเวลาการหายดุกการหายใจ (Pause Time Ratio) ไม่น้อยกว่า ๐ - ๔๐%  
๓.๑.๑๑ สามารถควบคุมช่วงเวลาของแรงดัน (Ramp Pressure Time) ได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้  
๓.๑.๑๑.๑ Slow  
๓.๑.๑๑.๒ Normal  
๓.๑.๑๑.๓ Fast

- ๓.๒ รูปแบบการติดตามการทำงาน (Monitoring Parameters) มีดังนี้

- ๓.๒.๑ สามารถแสดงอัตราการหายใจได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๐ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาที  
๓.๒.๒ สามารถแสดงค่าปริมาตร (Tidal Volume) ได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๐ - ๒,๕๐๐ มิลลิลิตร  
๓.๒.๓ สามารถแสดงค่าเวลาการหายใจ (Minute Ventilation) ได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๐ - ๔๐ ลิตรต่อนาที  
๓.๒.๔ สามารถแสดงแรงดันการหายใจ (Airway Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า -๒๐ - ๑๐๐ cmH<sub>2</sub>O  
๓.๒.๕ สามารถแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์ของการหายใจออก (End-expiratory Carbon Dioxide) ได้ไม่น้อยกว่าช่วง ๐ - ๑๕๐ mmHg

- ๓.๒.๖ สามารถแสดงกราฟช่วงเวลาสำหรับแรงดัน (Pressure Time Waveform) ได้  
๓.๓ โหมดการใช้งานเครื่อง (Ventilation Mode) มีดังนี้

- ๓.๓.๑ V-A/C Mode (Volume Assist/Controlled Ventilation)  
๓.๓.๒ IPPV (Intermittent Positive Pressure Ventilation) Mode  
๓.๓.๓ V-SIMV Mode (Volume-Constant Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)  
๓.๓.๔ PCV Mode (Pressure Controlled Ventilator)  
๓.๓.๕ P-A/C Mode (Pressure Assist/Controlled Ventilation)

..... ประ ранกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ;  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

- ๓.๓.๖ P-SIMV Mode (Pressure-Constant Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation)

๓.๓.๗ CPAP Mode (Continuous Positive Airway Pressure)

๓.๓.๘ Manual Mode หรือ HFNC Mode (High Flow Oxygen Therapy)

๓.๓.๙ CPR Mode (Cardiopulmonary Resuscitation) สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ คือ เด็ก ( $>5$  กิโลกรัม) เด็กโต ( $>25$  กิโลกรัม) และผู้ใหญ่ ( $>50$  กิโลกรัม) และสามารถเลือกรูปแบบการปฏิบัติงานได้ ดังนี้

  - ๓.๓.๙.๑ การปฏิบัติงานแบบหนึ่งคน (Single-Person Mode) ๓๐:๒
  - ๓.๓.๙.๒ การปฏิบัติงานแบบสองคน (Double-Person Mode) ๑๕:๒
  - ๓.๓.๙.๓ การปฏิบัติงานแบบต่อเนื่อง (Continuous Mode)

#### ๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๔.๑ ชุดท่อหายใจผู้ป่วยชนิดนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable Respiratory Hose) จำนวน ๑ ชุด

๔.๒ ชุดท่อหายใจผู้ป่วยชนิดใช้ครั้งเดียว (Double Tube Respiratory Hose Disposable) จำนวน ๓ ชุด

๔.๓ ชุดท่อหายใจผู้ป่วยสำหรับการให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Oxygen Tube) จำนวน ๓ ชุด

๔.๔ เครื่องผลิตไอน้ำความร้อนสำหรับการให้ความชื้น (Humidifier with Heat) จำนวน ๑ ชุด

๔.๕ กระเปาสำหรับใส่เครื่องแบบพกพา (Emergency Bag) และขาตั้ง (Mobile Cart) สำหรับใช้งาน จำนวน ๑ ชุด

๔.๖ หน้ากากหายใจชนิดซิลิโคนสามารถใช้ซ้ำได้สำหรับผู้ใหญ่ (Reusable Silicone Mask for Adult) จำนวน ๒ ชุด

๔.๗ ชุดกรอง (Circular Filter) ชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน ๓ ชุด

๔.๘ ชุดวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์ (EtCO2) สำหรับใช้งานกับเครื่อง จำนวน ๑ ชุด

๔.๙ เครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณซีพแบบ ๓ และ ๕ ลีด พร้อมภาควัดค่าออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (SpO2) พร้อมแบตเตอรี่ภายในเครื่องใช้งานต่อเนื่องนานไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๑ ชุด

## ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาอิتمาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพ และบริการอย่างน้อย ๒ ปี

๕.๓ ในระยะเวลาประกันต้องดำเนินการตรวจเช็คสภาพ และการทำงานของเครื่อง อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ติดตั้งใช้งาน หากเกิดการขัดข้องใด ๆ จากการใช้งานตามปกติ ผู้เสนอราคาต้องรับดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง แล้วยังใช้งานไม่ได้ตามปกติ ผู้เสนอราคาต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องใหม่ให้ภายในกำหนดเวลาที่ผู้ซื้อกำหนดไว้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

- ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกให้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับเครื่องมือแพทย์ที่นำไปผลิตในประเทศไทย ต้องเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการที่มีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์เท่านั้น

๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทำเครื่องหมายและลงหมายเลข้อ ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา

๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่างๆ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้การอบรมเพิ่มเติมหากยังมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

๔.๗ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งและมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย เอกสารต้องแปลเป็นภาษาไทย พร้อมยื่นต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษ

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารหรือหนังสือรับรองเจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมการดูแลบำรุงรักษาเครื่องจากโรงงานผู้ผลิตมาแสดง

๔.๙ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE, EU EN1789, ISO13585

## ...ประ ранกรรมการ

## ...กรรมการ

## ...กรรมการ

## ...กรรมการ